



Gerätewart Gefahrstoffeinsatzmittel Modul B -Dräger Safety-

GSGW-B-D

Grundlage	Gefahrstoffkonzept Rheinland-Pfalz Herstellervorgaben der Firma Dräger Safety und Unfallverhütungsvorschriften
Inhalts- beschreibung	Ziel der Ausbildung ist es, Mess- und Nachweisgeräte der Firma Dräger Safety zu prüfen, zu warten und im Rahmen der vorhandenen Befähigung in Stand zu setzen (X-am 2000; X-am 2500; X-am 5000; X-am 7000). Wartung, Pflege und Kalibrierung von PID's anderer Firmen soweit an der LFKS vorhanden. Wartung und Pflege der bei der Feuerwehr eingeführten Strahlenmessgeräte.
Zielgruppe	- Feuerwehrangehörige, die als Gerätewart für die Gefahrstoffeinsatzmittel vorgesehen sind.
Voraussetzungen	- Abgeschlossene Ausbildung zum Truppführer - Erfolgreiche Teilnahme am Lehrgang GS 1 und S 1 bzw. erfolgreiche Teilnahme am Lehrgang ABC1
Themenkatalog	- Rechtsgrundlagen - Aufbau und Wirkungsweise der Mess- und Nachweisgeräte - Prüfung, Wartung und Instandhaltung von Messgeräten
Lehrgangsdauer	22 Unterrichtsstunden im Zeitraum von 3 Tagen
Lehrgangsort	LFKS
Abschluss	Teil der Ausbildung zum Gerätewart für Gefahrstoffeinsatzmittel
Leistungsnachweis	Lernerfolgskontrolle
Mitzuführende Ausrüstung	- Schreibzeug - Auf Wunsch: Eigene Messgeräte!
Kleiderordnung	- Feuerwehrdienstanzug
Teilnehmerzahl	12 Teilnehmer
Wichtige Hinweise	